

القفازات المطاطية الجراحية المعقمة للاستخدام لمرة واحدة

رقم المواصفة	اسم الاختبار
م. ق. م : ١٥٩٥-١	- الأبعاد - إحكام عدم تسرب الماء - قوة الشد عند القطع قبل التعمير المعجل - الإستطالة عند القطع قبل التعمير المعجل - القوة المطلوبة لإحداث إستطالة ٣٠٠% قبل التعمير المعجل - القوة عند القطع بعد التعمير المعجل - الإستطالة عند القطع بعد التعمير المعجل - البيانات